

校正証明書 Calibration Certificate

番号 SK-16-000
Number SK-16-000
発行 2016年2月1日
Issue 01-Feb-2016

菱電湘南エレクトロニクス株式会社 殿

品名	デジタル超音波探傷器
Model Name	Digital Ultrasonic Test Instrument
形名	UI-27
Model Number	UI-27
製造番号	U111C27000
Serial Number	U111C27000
製造年月	2013年7月
Manufacturing years	2013-7
校正年月日	2016年2月1日
Calibration Date	01-Feb-2016
試験規格	JIS Z 2351:2011/JIS Z 2352:2010
Test standards	JIS Z 2351:2011/JIS Z 2352:2010

この証明書は、国家標準からトレース可能な標準機器で校正した計測機器を使用していることを証明する。
超音波探傷器は校正された計測機器を使用して校正したことを証明します。

This certificate proves that are using a measuring instrument which was calibrated with traceable standard equipment from the national standard.

Ultrasonic Test Instrument proves that it has a calibrated using a measuring instrument that has been calibrated.

尚、この検査に使用された測定器及び標準試験片は、国際規格 ISO 9001:2008即ち日本工業規格 JIS Q 9001:2008に基づき、当社が品質マニュアル (QCM-0001) に従って管理しております。

Measuring instrument and the standard test piece that was used in this test has been managed in accordance with the Company Quality Manual (QCM-0001).

Manual is based on the international standard ISO 9001: 2008 or the Japanese Industrial Standard JIS Q 9001: 2008.

1. 使用測定器(当社使用測定器の品名は一般的な総称で記載しております。)

1. Used measurement device (Used measurement devices is being written by a general name.)

品名	形名	メーカー	シリアル番号	備考
Name of articles	Product Type	Maker	Serial number	Note
マルチメータ	VOAC7411	岩通計測株式会社	12476485	
multimeter	VOAC7411	岩通計測株式会社	12476485	
オシロスコープ	DS-4262	岩通計測株式会社	00060	
oscilloscope	DS-4262	岩通計測株式会社	00060	
スペクトラムアナライザ	R3361A	株式会社アドバンテスト	21730039	
Spectrum analyzer	R3361A	ADVANTEST CORPORATION	21730039	
ユニバーサル カウンタ	SC-7201	岩通計測株式会社	12476485	
Universal counter	SC-7201	岩通計測株式会社	12476485	
アッテネータ	MN510C	アンリツ株式会社	M20557	
ATTENUATOR	MN510C	Anritsu Corporation	M20557	
ファンクションジェネレータ	8116A	アジレント・テクノロジー株式会社	3134G14553	
Function generator	8116A	Agilent Technologies Japan, Ltd.	3134G14553	
直流電流計	2011	横河電機株式会社	06615S	
DC ammeter	2011	Yokogawa Electric Corporation	06615S	
ファンクションジェネレータ	33250A	アジレント・テクノロジー株式会社	MY40013263	
Function generator	33250A	Agilent Technologies Japan, Ltd.	MY40013263	
アッテネータ	TPA-401	株式会社 多摩川電子	1117792	
ATTENUATOR	TPA-401	TAMAGAWA ELECTRONICS CO.,LTD.	1117792	


2. 使用試験片(標準試験片及び対比試験片)

2. Used test blocks (calibration blocks and reference blocks)

試験片名称	試験片番号	種類	試験片名称	試験片番号	種類
calibration block name	calibration block number	Type	calibration block name	block number	Type
STB-N1	NO. 2859	標準試験片	RB-RA	NO. 2908	対比試験片
STB-N1 (standard test block)	NO.2859	calibration block	RB-RA	NO.2908	reference block
STB-G V5	NO. 5236	標準試験片	RB-RC	NO. 2924	対比試験片
STB-G V5 (standard test block)	NO.5236	calibration block	RB-RC	NO.2924	reference block
STB-A1	NO. 8100	標準試験片	RB-RD	NO. 2984	対比試験片
STB-A1 (standard test block)	NO.8100	calibration block	RB-RD	NO.2984	reference block
STB-A2	NO. 5741	標準試験片	RB-E (3~10)	NO. 3045	対比試験片
STB-A2 (standard test block)	NO.5741	calibration block	RB-E (3~10)	NO.3045	reference block
STB-G V15-5.6	NO. 255	標準試験片	RB-E (12~48)	NO. 3063	対比試験片
STB-G V15-5.6 (standard test block)	NO.255	calibration block	RB-E (12~48)	NO.3063	reference block
STB-G V15-1	NO. 5111	標準試験片			
STB-G V15-1 (standard test block)	NO.5111	calibration block			

 菱電湘南エレクトロニクス株式会社

RYODEN SHONAN ELECTRONICS CORPORATION



RYODEN SHONAN ELECTRONICS CORPORATION

RYODEN SHONAN ELECTRONICS CORPORATION